

**Arkusz wstępnej identyfikacji ryzyka w domu pacjenta – PRI
(dot. instalacji, w których wykorzystuje się tlen)**

Pacjent	Imię i Nazwisko			
	Adres			
Osoba oceniająca	Imię i Nazwisko			
Data oceny		Źródło tlenu	Tlen sprężony <input type="checkbox"/>	Koncentrator <input type="checkbox"/>

Tabela A: Wypełnia osoba przeprowadzająca ocenę

Wymagania pacjenta/opiekuna	Tak	Nie	Uwagi
<i>Pacjent/opiekun nie potrafi obsługiwać urządzeń medycznych takich jak respirator, puls oksymetr, koncentrator itd. oraz ma problemy z komunikacją i rozumieniem</i>			jeżeli TAK - wykonać powtórne szkolenie
<i>Pacjent/opiekun jest osobą palącą</i>			jeżeli TAK - przekazać ulotkę "Zagrożenie - wzbogacenie w tlen"
Warunki eksploatacji urządzeń w domu pacjenta			
Dostarczone urządzenia pozwalają pacjentowi być mobilnym			
Źródło tlenu jest zainstalowane w garażu, pomieszczeniu gospodarczym			
Źródło tlenu jest zainstalowane w kuchni			jeżeli TAK - przekazać ulotkę "Zagrożenie - wzbogacenie w tlen"
Źródło tlenu znajduje się w odległości większej niż 1,5 metra od innych odbiorników energii elektrycznej			
Źródło tlenu znajduje się w odległości większej niż 3 metry od źródła otwartego ognia (piec, kominki) lub 1,5 metra od źródła ciepła (grzejniki)			
Brak łatwo dostępnego sieciowego gniazdka elektrycznego (konieczność stosowania przedłużacza) lub jest ono źle zabezpieczone.			
Źródło tlenu znajduje się blisko ujęć wody, w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności lub możliwości jego zalania (łazienka, pralnia itp.)			
Źródło tlenu znajduje się w trudno dostępnym miejscu ograniczającym słyszalność dźwięku alarmu (np. schowany w szafie, przykryty kocem)			
Pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie/a :			
posiada wentylację grawitacyjną (np. okno) lub mechaniczną			
jest w złym stanie technicznym, panuje tam nieporządek			
podłoga jest łatwo zmywalna (linoleum, parkiet, płytki)			
podłoga w całości pokryta jest wykładziną dywanową lub dywanem			
znajdują się zwierzęta. Jeżeli tak jakie?			
Pozostałe urządzenia używane z wraz z koncentratorom:			
respirator			
nawilżacz			
Inne – jakie ?			

Tabela B. Wypełnia RMR (pracownik St.Vincent)

Klasyfikacja instalacji przez zarządzającego ryzykiem	TAK	NIE
bezpieczna		
stwierdzono ryzyko		
Imię i Nazwisko		Data